

仕 様 書

1 品 名 高電圧実験装置（制御システム） 一式

日新パルス電子株式会社製 PIVG-200ACP （※同等品不可）

2 特別付属品（数量）

（１）ＰＬＣ制御ユニット	１式
（２）直流高電圧電源ユニット（DC. ±50kV）	１式
（３）波形観測装置（デジタルオシロスコープ）	１式
（４）試験用共通付属品（通信機器、ケーブル等）	１式
（５）収納ラック	１台
（６）コンピュータシステム	１式
（７）波高電圧計（ピークホールドメータ）	１式

3 納入期限 令和８年２月２７日（金）

4 納入場所 兵庫県立飾磨工業高等学校 実習棟（３号館）１階 電気応用実習室Ⅱ

5 機器等の設置等

- （１）機器を安全に使用できるように調整を行い、搬入、据付、動作確認を行うこと。
- （２）機械動作確認を行い、動作確認後検査成績書を提出すること。
- （３）設置場所にある既設機等については、撤去の上持ち帰り、適正に処分すること
その際に発生した、油脂類等に関しても、受注者負担で撤去を行うこと。
なお撤去の際、床コンクリート部分を削る必要がある場合に関しては、他床と同高さになるように復旧を行うこと。
機械稼働には床が水平である必要があるため、機械に支障が無いよう留意の上、作業を行うこと。
- （４）配線工事に関しては露出配管も認めるが、授業時の通行や材料搬入に支障がないようにすること。
なお、屋内用可とう電線管等を用いて電線保護を行うこと。
- （５）機器の設置後、担当教員に機器の取扱説明を行うこと。

6 その他

- （１）納入物品はすべて新品であること。
- （２）設置場所及び搬入経路等の現場確認が必要な場合は申し出ること。
- （３）運送、搬入、据付費用、その他納入に関する一切の費用、及び既設機の配置換え、一部撤去する一切の費用を入札金額に含めること。

- (4) 納入日程については、担当職員と協議し、指示に従うこと。
- (5) 納品時等において本校の施設・設備等へ損害を与えた場合は、全て受注者の負担において現状に戻すこと。
- (6) 納品に際して発生した廃棄物等については受注者が処理し、清掃を行うこと。
- (7) 納入後1年以内に通常使用で故障もしくは不具合等が発生した場合は、無償で当該故障等の箇所について修理もしくは交換を行うこと。ただし、メーカーが別に定めた保証期間が1年以上に渡る場合には、それを適用するものとする。
- (8) その他、本仕様書に定めない事項で疑義が生じたときは、担当職員と協議し、その指示によること。