

仕様書

- 1 品 目 全自動圧縮試験機
- 2 数 量 1 台
- 3 仕 様 以下の通り

品名・仕様	数量	メーカー
(株)マルイ		
全自動圧縮試験機 ハイアクティス 1000 MIE-732-1-01 型(同等品不可)	1	(株)マルイ
【特別付属品】		
上下曲げ加圧盤	1	〃
寸法測定機能	1	〃
オートレンジ機能	1	〃
報告書・帳票作成ソフト	1	〃
割裂引張強度試験用治具(φ10,12.5cm 用)	1	〃
運送据付費	1	
現地組立調整費	1	
現地検定(成績書付き)	1	
諸経費	1	
電気工事	1	

4 物品の設置

1) 機器等の設置

- ① 機器を安全に使用できるように調整を行い、搬入、据付、動作確認を行うこと。
- ② 機械動作確認を行い、動作確認後検査成績書を提出すること。
- ③ 電気配線工事

当該調達試験機の電源容量に合うように、機械に対して電源配線を行うこと。
なお、機械動作上、既存配線を使用して動作できる場合においては、そのまま使用しても良いこととする。

ただ、機械付近の床立ち上がり配管以後の電源配線は新設すること。
機械への接続等は可とう管やアウトレットボックス等を用いて配線保護を行うこと。

5 職員研修の場所及び研修内容

1) 研修の場所

兵庫県立東播工業高等学校 土木科

2) 研修内容

全自動圧縮試験機一式の操作方法、保守について

6 その他

1) 納入及び調整の日程については、担当職員と協議し指示に従うこと。

2) 入札通知時点で製造メーカーにおける最新の現行モデルであり、また、未使用品であること。

3) 機器の運送・搬入、据付費用その他納入に関する一切の費用を入札金額に含めること。

4) 納品時等において本校の施設・設備等へ損害を与えた場合は、全て受注者の負担において現状に戻すこと。

5) 納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。

6) その他、本仕様書に定めない事項で疑義が生じたときは、担当職員と協議し、その指示によること。

7 適合認定機種（同等品不可）

全自動圧縮試験機 ハイアクティス 1000 MIE-732-1-01 型

8 納入場所

兵庫県立東播工業高等学校
電気土木棟 施工実習室（1階）

9 納入期限

令和8年3月31日(火)